



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Βαθμός Ασφαλείας

Ιωάννινα, 13.05.2019

Αριθ. Πρωτ. : 6259

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Γκορίτσα
Τηλέφωνο : 2651366625
Fax : 2651029470
E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΚΟΙΝ:

1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

**ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ CD/DVD
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.948,80 € - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΣΧΕΤ.:

1. Η αριθμ. 25/19 Πρόσκληση.
2. Το αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 6222/10.05.2019 διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΑΑΝΑΚΑ ΑΕ
3. Το αριθμ.πρωτ. του Νοσοκομείου 6239/13.05.2019 διευκρινιστικό έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Σε συνέχεια του (2) σχετικού ερωτήματος και κατόπιν του (3) όμοιου εγγράφου της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών σας ενημερώνουμε ότι η παράγραφος Β του παραρτήματος Β της αριθμ. 25/19 Πρόσκλησης αντικαθίσταται ως εξής: «**Β**) Ρομποτικού Συστήματος εγγραφής και Εκτύπωσης CD/DVD

- Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κάδους χωρητικότητας τουλάχιστον από 50 δίσκους έκαστος και συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 100 δίσκων.
- Να έχει εξωτερικό κάδο περισυλλογής τουλάχιστον 50 CD/DVD.
- Υποστήριξη από CD/DVD.
- Να έχει χωρητικότητα δίσκων τουλάχιστον μέχρι 100.
- Να έχει δύο (2) αντιγραφικά (Drives) τουλάχιστον.
- Να έχει μέθοδο εκτύπωσης θερμικού thermal ή inject.

Να τυπώνει Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες»

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των προσφορών παρατείνεται για τη Δευτέρα 20.05.2019 και ώρα 10.00 πμ και η αποσφράγιση τους για την Τρίτη 21.05.2019 και ώρα 10.00 πμ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ