



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651080624
Fax : 2651029470/80626
Email : ioanrappa@gni-hatzikosta.gr

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝ. Γραμ. Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ:	Πρόσκληση 66/2025 εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της συλλογής προσφορών για την Προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», ΚΑΕ: 1311 & CPV: 33141126-9
ΣΧΕΤ:	1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 με τις τροποποιήσεις του «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118. 2. Τα υπ' αριθμ. 25948/05-02-2025, 25927/04-02-2025, 26110/13-02-2025, 26186/17-02-2025 , πρωτογενή αιτήματα των τμημάτων του Νοσοκομείου. 3. Την αριθμ. 4/26-02-2025 Θ.10 Απόφαση ΔΣ Διενέργειας και Αξιολόγησης με ΑΔΑ: 9ΡΕΑ46906Ω-Ν3Α & ΑΔΑΜ: 25REQ016422516. 4. Την αριθμ. Πρωτ: 545/06-03-2025 με Α/Α: 545 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΔΘ346906Ω-Κ8Ψ & ΑΔΑΜ: 25REQ016422541.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην **προμήθεια «Ραμμάτων»** (CPV: 33141126-9), προϋπολογισθείσας δαπάνης **33.831,07 € συμπ. ΦΠΑ 13%**, για τρεις (3) μήνες.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ζητούμενα είδη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και μετά την εξέταση του δείγματος.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση. Σε περίπτωση που τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εκάστοτε εταιρεία.

1. ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεchnοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών ή να σταλεί μέχρι την **Δευτέρα 24-03-2025 στις 12:00μμ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), **σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **66/2025**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **Δευτέρα 24-03-2025 στις 12:00μμ.**

ΤΙΤΛΟΣ: Για την **προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

A. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.

ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ψηφιακώς υπογεγραμμένη, όπου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας, iv) συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της πρόσκλησης.

B. Φάκελος τεχνικής προσφοράς με σαφή τεχνική περιγραφή:

α. Τεχνική προσφορά με περιγραφή των ειδών και οτιδήποτε αποδεικνύει κατά την κρίση των προσφερόντων τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.

β. **ΔΕΙΓΜΑΤΑ** των προσφερόμενων ειδών.

(ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Οι προσφερόμενες τιμές **δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.** Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

2.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τα ζητούμενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής της Πρόσκλησης, παρουσίας των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που διαπιστώθηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει το σύνολο των ειδών ή των ποσοτήτων είτε εξολοκλήρου είτε τμηματικά ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος ανάλογα με τις ανάγκες της.

Σε περίπτωση μεγάλης ή επανειλημμένης καθυστέρησης παράδοσης των ειδών η αναθέτουσα αρχή κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τη σύμβαση.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

5.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Κράτηση ύψους **0,1%** επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/16 και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης στο όνομα και για λογαριασμό της **Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)**. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

25PROC016468577 2025-03-14

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει).

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, σε περίπτωση συμβατικού τμήματος άνω των 2.500,00€ (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.Ε00225.0001).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1. ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (VICRYL)								
1	040900002	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 2 75cm 50mm ΣΤΡΟΓ. ¼ ΚΥΚΛΟΥ	TEM	3000	2,14 €	6.420,00 €	834,60 €	7.254,60 €
2	040900000	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 0 75cm 40mm στρογ.1/2κ.(49.7.76)	TEM	2400	1,39 €	3.336,00 €	433,68 €	3.769,68 €
3	040900008	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 1 30mm στρογ. 75cm 1/2κύκλου	TEM	900	2,57 €	2.313,00 €	300,69 €	2.613,69 €
4	040900001	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 1 75cm 50mm στρογ. 1/2κύκλου	TEM	900	0,85 €	765,00 €	99,45 €	864,45 €
5	040900003	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 2/0 75cm 25mm στρογ. 1/2κύκλου	TEM	900	0,85 €	765,00 €	99,45 €	864,45 €
6	040900004	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 2/0 75cm 30mm στρογ. 1/2κύκλου	TEM	900	0,92 €	828,00 €	107,64 €	935,64 €
7	040900021	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 0 150cm χωρίς βελόνα	TEM	900	2,95 €	2.655,00 €	345,15 €	3.000,15 €
8	040900023	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 2/0 150cm χωρίς βελόνα	TEM	900	1,44 €	1.296,00 €	168,48 €	1.464,48 €
9	040900024	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 3/0 150cm χωρίς βελόνα	TEM	600	1,34 €	804,00 €	104,52 €	908,52 €
10	040900034	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 1 75cm 30-32mm ενισχ. Άγγιστρο	TEM	600	1,34 €	804,00 €	104,52 €	908,52 €
11	030510114	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΟΦ. 2-0 26mm ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΑ	TEM	120	1,44 €	172,80 €	22,46 €	195,26 €
12	040900046	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 0 30mm κόππουσα	TEM	200	1,38 €	276,00 €	35,88 €	311,88 €
13	030510097	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 1 75cm 30-32mm ενισχ.άγγιστρο	TEM	200	1,38 €	276,00 €	35,88 €	311,88 €
14	040900003	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 2/0 75cm 25mm στρογ.1/2 κύκλου	TEM	200	0,85 €	170,00 €	22,10 €	192,10 €
15	040900006	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 3/0 75cm 25mm στρογ.1/2 κύκλου	TEM	300	1,38 €	414,00 €	53,82 €	467,82 €
16	040900007	ΠΟΛΥΚΛ. ΑΠΟΡΡ. 4/0 75cm 16-18mm στρογ.1/2 κύκλου	TEM	200	1,38 €	276,00 €	35,88 €	311,88 €
2. ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΟΛΥΔΙΑΞΟΝΗ)								
17	041000001	ΒΡΑΔ. ΑΠΟΡ. ΜΟΝΟΚΛ.1 150cm 50mm στρ. 1/2κ θηλιά LOOP	TEM	600	3,45 €	2.070,00 €	269,10 €	2.339,10 €
18	041000002	ΒΡΑΔ. ΑΠΟΡ. ΜΟΝΟΚΛ.1 90cm 45mm στρ. 1/2 ενισχυμ.	TEM	300	2,20 €	660,00 €	85,80 €	745,80 €
19	040900076	ΡΑΜΜΑ 4/0 3/8κ 19mm ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΔΙΑΞΟΝ. ΑΠΟΡΡ. ΚΟΠΤΟΥΣΑ	TEM	60	0,88 €	52,80 €	6,86 €	59,66 €
20	040900077	ΡΑΜΜΑ 5/0 3/8κ 19mm ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΔΙΑΞΟΝ. ΑΠΟΡΡ. ΚΟΠΤΟΥΣΑ	TEM	60	1,99 €	119,40 €	15,52 €	134,92 €
3. ΜΕΤΑΞΙ								
21	040100016	ΜΕΤΑΞΑ 2 150cm χωρίς βελόνα	TEM	120	0,71 €	85,20 €	11,08 €	96,28 €
22	040100010	ΜΕΤΑΞΑ 1 75cm 60mm κόππουσα 3/8 κύκλου	TEM	60	0,27 €	16,20 €	2,11 €	18,31 €
23	040100009	ΜΕΤΑΞΑ 0 75cm 45mm κόππουσα 3/8 κύκλου	TEM	60	0,62 €	37,20 €	4,84 €	42,04 €
24	040100011	ΜΕΤΑΞΑ 2/0 75cm 35-36mm κόππουσα 3/8 κύκλου	TEM	60	0,64 €	38,40 €	4,99 €	43,39 €
25	040100003	ΜΕΤΑΞΑ 2/0 75cm 24-25mm στρογ. 1/2 κύκλου	TEM	60	0,28 €	16,80 €	2,18 €	18,98 €
26	040100024	ΜΕΤΑΞΑ 3/0 75cm 25-26mm στρογ. 1/2 κύκλου	TEM	60	0,30 €	18,00 €	2,34 €	20,34 €
4. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (ETHIBOND)								
27	040500000	ΠΟΛΥΕΣΤ. ΕΠΕΝΔ. 5 75cm 55mm τριγ. Αιχμ.1/2 κ.	TEM	60	5,40 €	324,00 €	42,12 €	366,12 €
28	040500014	ΠΟΛΥΕΣΤ. ΕΠΕΝΔ. 0 75cm 30mm στρογ. .1/2 κύκλου	TEM	240	0,71 €	170,40 €	22,15 €	192,55 €
5. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PROLENE)								
29	040300012	ΠΟΛΥΠΡΟΠ. ΜΟΝ. 1 75cm 40mm στρογ. Ενισχυμ. 1/2κ (49.4.36)	TEM	240	1,18 €	283,20 €	36,82 €	320,02 €
30	040300000	ΠΟΛΥΠΡΟΠ. ΜΟΝ. 0 75cm 40mm στρογ. Ενισχυμ. 1/2κ (49.4.37)	TEM	360	0,70 €	252,00 €	32,76 €	284,76 €
6. ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (RAPID)								
31	040600002	ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.2/0 90cm 36mm στρογγυλή 1/2 κύκλου	TEM	360	1,84 €	662,40 €	86,11 €	748,51 €
32	040000052	ΤΑΧ. ΑΠΟΡ. 0 90cm 36mm στρογγυλή ½ κύκλου (49.6.21)	TEM	120	1,82 €	218,40 €	28,39 €	246,79 €
33	040600007	ΤΑΧ. ΑΠΟΡ. 1750cm 40mm στρογγυλή ¼ κύκλου (49.6.21)	TEM	240	1,15 €	276,00 €	35,88 €	311,88 €
7. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON)								
34	040200004	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0 75cm 60mm κόππουσα ευθεία	TEM	240	0,65 €	156,00 €	20,28 €	176,28 €

35	040200021	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0 75-45cm 19mm κόπτουσα	TEM	240	0,30 €	72,00 €	9,36 €	81,36 €
36	040200003	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0 75-45cm 26mm κόπτουσα	TEM	240	0,62 €	148,80 €	19,34 €	168,14 €
37	040200023	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 1 1m 50mm κόπτουσα	TEM	200	0,62 €	124,00 €	16,12 €	140,12 €
38	040200011	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ.0 1m 40mm κόπτουσα	TEM	200	0,28 €	56,00 €	7,28 €	63,28 €
39	040200001	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 2/0 45cm 40mm κόπτουσα	TEM	200	0,64 €	128,00 €	16,64 €	144,64 €
40	040200010	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 2/0 75cm 26mm κόπτουσα	TEM	200	0,65 €	130,00 €	16,90 €	146,90 €
41	040900079	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 2/0 90cm 40mm κόπτουσα	TEM	200	0,65 €	130,00 €	16,90 €	146,90 €
42	040200005	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 4/0 45cm 19-20mm κόπτουσα	TEM	300	0,65 €	195,00 €	25,35 €	220,35 €
43	040200003	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0 75-45cm 26mm κόπτουσα	TEM	200	0,62 €	124,00 €	16,12 €	140,12 €
44	040200021	ΜΟΝΟΚΛ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0 75-45cm 19mm κόπτουσα	TEM	500	0,30 €	150,00 €	19,50 €	169,50 €
8. ΦΑΚΑΡΟΛΕΣ-ΕΤΗΙΟΛΟΟΣ								
45	013510169	ΕΤΗΙΟΛΟΟΣ ΛΑΣΤΙ/ΚΙΑ ΣΙΛΙΚ.1,3mmx45cm ΕΗ384Ε	TEM	100	4,00 €	400,00 €	52,00 €	452,00 €
46	070100002	ΟΜΦΑΛΟΔΕΜΑ ΕΤΗΙΟΝ ΤΑΡΕ 277 πλάτος του/στον 6mm	TEM	300	2,94 €	882,00 €	114,66 €	996,66 €
9. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ								
47	013510464	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ 2.0 (VLOCL215)	TEM	12	31,00 €	372,00 €	48,36 €	420,36 €
						29.939,00 €	3.892,07 €	33.831,07 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ**

- Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE-mark, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ2198/τεύχ. Β/02-10- 09).
- Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
- Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθ.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - ΦΕΚ2198/τεύχ. Β/02-10-09
- Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τεύχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στη τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς, τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας, επί ποινή απόρριψης.
- Να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αποδοχής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τα προσφερόμενα προϊόντα δεν θα αντικατασταθούν με υλικά άλλου κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αποδοχής

δεν μπορεί να προμηθεύσει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα καλύψει το κόστος προμήθειας από τον επόμενο μειοδότη.

7. Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των ραμμάτων στα οποία να εμπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ4).

8. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

i. Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

ii. Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

iii. Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.

iv. Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

v. Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.

vi. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).

9. Ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.

10. Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.

11. Το μήκος του νήματος των προσφερόμενων ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων), όπως και των προσφερόμενων ραμμάτων με προσαρμοσμένη βελόνη, μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ελεύθερα ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται χωρίς αυτό να αποτελεί κριτήριο προτιμήσεως.

12. Στα προσφερόμενα ράμματα με βελόνη, οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα στις κατηγορίες.

13. Τα ράμματα με σχέση διαμέτρου βελόνας-νήματος 1:1, για την αποφυγή διαφυγών μετά το πέρασμα του νήματος και της βελόνης από τα αγγεία, θα γίνουν αποδεκτά όπου κρίνεται απαραίτητο και περιγράφονται στον σχετικό πίνακα των προδιαγραφών.

14. Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη, είτε ελεύθερα (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης, εκτός των διαφανών ραμμάτων.

15. Το μήκος των προσφερόμενων βελονών μπορεί να είναι έως 2 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος από 25 και πάνω και 1χιλ. μικρότερο η μεγαλύτερο κάτω από 25 χιλ.

16. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικής κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.

17. Να κατατεθούν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστικό οίκο, που να αποδεικνύουν τη σύνθεση του κράματος ανοξείδωτου χάλυβα για κάθε προσφερόμενο ράμμα με βελόνη και εφόσον ζητηθεί, να τεκμηριωθεί από ανεξάρτητο φορέα εάν είναι ανάλογο ή ανώτερο από το ζητούμενο της διακήρυξης.

* Είδος ράμματος/μέγεθος ράμματος/μήκος βελόνης/καμπυλότητα βελόνης/μήκος ράμματος,...

** Παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες του προϊοντικού καταλόγου του κατασκευαστικού οίκου, ή/ και σε κλινικές μελέτες όπου απαιτείται η τεκμηρίωση, ή/ και σε φυλλάδια οδηγιών.

II. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

1. ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (VICRYL)

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες.

Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

2. ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΟΛΥΔΙΑΞΙΝΗ)

Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες.

Κατηγορία 8B: Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

3. ΜΕΤΑΞΙ:

Ράμματα πολύκλωνης πλεκτής και περιελιγμένης μέταξας με και χωρίς βελόνες: Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά.

Κατηγορία 1A: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

4. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (ETHIBOND)

Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με κατάλληλο υλικό (η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.

5. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PROLENE)

Μη απορροφήσιμα μονόκλινα ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδος.

Κατηγορία 3A: Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

6. ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (RAPID)

Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλινα ταχείας απορρόφησης. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 50-60% της τάσεως τους μετά την εμφύτευση στις πρώτες 5-7 μέρες και η απορρόφηση να ολοκληρώνεται περίπου στις 56 ημέρες για λιγότερη αντίδραση του ράμματος στους ιστούς. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

7. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON)

Μη απορροφήσιμα μονόκλινα ή πολύκλινα ράμματα πολυαμιδίου ή συγγενούς χημικής ομάδος.

Κατηγορία 2A: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλινο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

8. ΦΑΚΑΡΟΛΕΣ – ΕΤΗΙΛΟΡPS

9. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ

Συσκευή συρραφής με αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης & απορρόφησης ως 180 μέρες. Βραδεία απορρόφησης από γλυκολικό οξύ και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στη τάση, περίπου 75% στις 14 μέρες και περίπου 50% στις 28 μέρες. Ολική απορρόφησης μέσω υδρόλυσης σε περίπου 180 μέρες. Συσκευή με μια βελόνη καμπυλότητας ½ κύκλου στρογγυλή, μήκους 26χιλ από ανοξείδωτο ατσάλι.