

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 02/10/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 2

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ N. ΑΕ	info@papapostolou.gr	Διαβουλευση Τεχνικών Προδιαγραφών	17/10/2018

ΑΦΟΡΑ: «Παρατηρήσεις-προτάσεις-σχόλια επί της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ από 02-10-2018» Αξιότιμοι Κύριοι Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων κλινών, στρωμάτων και κομοδίνων, της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, (τα οποία εν μέρει διαθέτετε και στο Νοσοκομείο σας σε κλινικές) ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν, με τρόπο αναίτιο και μη προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στον ασθενή, εφόσον στην ουσία η διαβούλευση μας αναφέρεται μόνο στο κομοδίνο, το οποίο θέτει εκτός όλο τον ανταγωνισμό και δεν προσφέρει τίποτε στην πράξη στον ασθενή, αφού τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολο τους, επιτρέπουν μόνο

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεων](#)

σε συγκεκριμένο μοντέλο, συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου να πληροί όλα τα ζητούμενα. Με βάση τα προηγούμενα και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 14. ΚΟΜΟΔΙΝΟ Τεχνική Προδιαγραφή 8. Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό πολυμερές ομοιογενές υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικό στη χάραξη, με υπερυψωμένο χείλος, τουλάχιστον στις 3 πλευρές. Οι προσόψεις του κομοδίνου να είναι επίσης από το ίδιο υλικό, με έγχρωμη διακοσμητική φάσα και αντιτραυματικές χειρολαβές. Η απαίτηση της προδιαγραφής για τις προσόψεις του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό πολυμερές ομοιογενές υλικό, είναι άκρως συγκεκριμένη, εμποδίζει την συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό και θέτει όλους τους κατασκευαστές, πλην ενός, εκτός Διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς ουσιαστικό λόγο αφού αφενός ζητείται στην προδιαγραφή 4 να είναι μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξική βαφή, αφετέρου ο κάθε κατασκευαστής κατασκευάζει τα εξωτερικά μέρη και τις χειρολαβές με υλικά τα οποία έχουν πιστοποιηθεί για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικά σε οποιοσδήποτε καταπονήσεις και απολυμαντικά. Για τους παραπάνω λόγους, για τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων εταιριών και για την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 8. Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό πολυμερές ομοιογενές υλικό ή άλλο υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικό στη χάραξη, με υπερυψωμένο χείλος, τουλάχιστον στις 3 πλευρές. Οι προσόψεις του κομοδίνου να είναι από υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, με έγχρωμη διακοσμητική φάσα και αντιτραυματικές χειρολαβές. Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποφευχθεί ο περιορισμός άνευ νόμιμου ερείσματος της ανάπτυξης ανταγωνισμού και θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσότερων αξιόπιστων μηχανημάτων και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών. Με εκτίμηση Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ

Γιάννης Γόγολος Regional Business Manager

---

Όνομα  
ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Email  
dtheodorou@enamed.gr

Άρθρο διαβούλευση  
αρ 18DIAB000003685  
(17-10-2018)απο το ΓΝ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΠ για Ημ/νία  
την προμήθεια 17/10/2018  
"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ  
ΕΞΟΛΙΠΣΜΟΥ" 2η  
ΦΑΣΗ Δ.

Κύριοι, σχετικά με την διαβούλευση αρ.  
18DIAB000003685 (17/10/2018), εμμένουμε σε ότι  
είχαμε αναφέρει στην 1η διαβούλευση και κυρίως σε ότι  
έχει παραμείνει κι αφορά : σημεία στις προδιαγραφές  
σας που θα εγείρουν κατά την αξιολόγηση άνιση  
μεταχείριση προτάσεων των προμηθευτών Συγκεκριμένα  
οι εκφράσεις "περίπου ", (όταν μάλιστα επιτρέπεται  
απόκλιση της τάξης του 10%!) σημαίνει (λ.χ σε ότι  
αφορά τη προδιαγραφή των κλινών " 6.Να διαθέτει  
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις: 1.Εύρος  
διακύμανσης ύψους περίπου 40-80 εκ.....", ότι θα  
αξιολογηθούν το ίδιο κλίνες με λχ 36 εκ χαμηλότερο  
ύψος και κλίνες με 44 εκ χαμηλότερο ύψος... (καθώς  
δέχεστε απόκλιση 10 % απο το ζητούμενο 40 εκ  
"περίπου") Μονο που στη πρώτη περίπτωση ένας  
ασθενής μικροκαμωμένος θα μπορεί να ακουμπήσει τα  
πόδια του με ασφάλεια στο έδαφος κατά την έγερσή του  
ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα είμαστε όπως σε κλίνες  
που από χρόνια κυκλοφορούν (ισως τέτοιες να έχετε  
πιθανόν) ,οπότε δε τίθεται ουτε θέμα βαθμολογίας ουτε  
θέμα ανταγωνισμού, αλλά θέμα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Κάθε Αναθέτουσα αρχή οφείλει  
(πολύ δε περισσότερο εάν χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά  
κονδύλια για τον σκοπό αυτό) να παίρνει μέτρα (μέσω  
των προδιαγραφών στη προκειμένη περίπτωση)που  
αναβαθμίζουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας ,κριτήριο  
σε κάθε πρόσκληση χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα όταν  
μέσω της διαβούλευσης λαμβάνει γνώση ότι η  
τεχνολογία έχει να παρουσιάσει λύσεις στον τομέα  
αυτό... . Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας δεν είναι μόνο η  
εξυπηρέτηση του αρρώστου με καλύτερο τρόπο απο ότι  
τώρα, αλλά και η μη καταπόνηση του προσωπικού ,  
σημεία που αναφέραμε εκτενέστερα στην 1η  
διαβούλευση ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ....  
Αντιθέτως εμμένετε στη 2η διαβούλευση για το αν το  
κομοδίνο θα έχει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα που  
να μπορεί να αποσπάται κτλ. ....παράγραφος που πέρα  
του ότι είναι φωτογραφική από όσο ξέρουμε και το έχει  
ελληνική παραγωγική εταιρεία, δεν βρίσκουμε και τον  
λόγο που τέτοια εκτενή αναφορά αναβαθμίζει την

ποιότητα υπηρεσιών υγείας για να εμμένετε και στη 2η διαβούλευση. Εξάλλου ακόμη κι αν ήταν κάτι το τόσο σημαντικό, δεν θα έπρεπε να συμπαρασύρει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των κλινών και θα μπορούσατε να κάνετε ξεχωριστό διαγωνισμό για κομοδίνα . Κατά τα λοιπά ισχύουν οσα αναφέραμε στη 1η διαβούλευση. (εξακολουθούμε να μη καταλαβαίνουμε γιατί οι κλίνες που είναι ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, εντάσσονται σε διαβούλευση με καρέκλες συνοδού κτλ που αποτελούν "ξενοδοχειακό εξοπλισμό". Εξακολουθούμε να μη καταλαβαίνουμε εαν οι πρώτες κλίνες είναι για ενήλικες γιατί στη προδ 14 απο το κομοδίνο που θα τις συνοδεύει αναφέρεστε σε σίτιση παιδιών.....τελικά τι ισχύει ;διότι ακολούθως έχετε άλλες κλίνες παιδιατρικής) Στη διάθεσή σας αν θέλετε να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας με εκτίμηση Δήμητρα Θεοδώρου Βιοιατρικός μηχανικός EnaMed ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ μ/πη Ε.Π.Ε ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ dtheodorou@enamed.gr www.enamed.gr ΤΗΛ 2108022150 & 2111069383 FAX:2106838221 ΚΙΝ. 6972442852

---