



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ιωάννινα, 13.10.2026

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26513 66831
Email : manager@gni-hatzikosta.gr
grammateia1@gni-hatzikosta.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε απάντηση των ανακριβών δημοσιευμάτων που αναφέρουν για δήθεν «κατάρρευση οροφής», δήθεν «αποκαλύψεις» και δήθεν «επικίνδυνη εικόνα», παρατίθενται ακολούθως τα πραγματικά γεγονότα:

- Ανιχνεύτηκε υδραυλική βλάβη (διαρροή) σε σωλήνωση στο ισόγειο του Νοσοκομείου.
- Αμέσως η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έκλεισε την παροχή νερού στο συγκεκριμένο σημείο της βλάβης για να σταματήσει η διαρροή.
- Στο υπόγειο (-1) και ακριβώς κάτω από το σημείο της βλάβης βρίσκεται ο χώρος του αξονικού τομογράφου. Λόγω της διαρροής από το ισόγειο, διαπιστώθηκε έγκαιρα από το προσωπικό πως έσταζε νερό από την ψευδοροφή και απενεργοποίησε τον εξοπλισμό.
- Κλήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία, αφού σκέπασε τον εξοπλισμό, άνοιξε – ελεγχόμενα και στοχευμένα – τμήματα της ψευδοροφής και εντόπισε τα σημεία που πέρασε το νερό. Δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής.
- Κατόπιν επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και υποδείξεών του, αποφασίστηκε να μην ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός μέχρι να στεγνώσει η οροφή από το νερό που είχε στάξει.
- Σε συνεχιζόμενες επισκέψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας στο χώρο του αξονικού, και μέσω των ανοιχτών τμημάτων της ψευδοροφής, διαπιστώθηκε πως η διαρροή είχε σταματήσει αμέσως μετά το πρώτο κλείσιμο της παροχής νερού στο σημείο της διαπιστωθείσας βλάβης στο ισόγειο.

Το νοσοκομείο δεν εφημέρευε και δεν υπήρχαν εξωτερικά επείγοντα περιστατικά, δεν υπήρχε ασθενής στο χώρο του αξονικού όταν διαπιστώθηκε πως έσταζε η οροφή, και τα τακτικά ραντεβού της ημέρας επαναπρογραμματίστηκαν αμέσως. Δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει καμία «επικίνδυνη εικόνα» όπως ανακριβώς προσπαθούν να παρουσιάσουν ορισμένα δημοσιεύματα. Υπάρχει πλήρης επικοινωνία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο πλαίσιο της διαχρονικής αгаστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο υγειονομικών σχηματισμών της πόλης μας χωρίς να «επιβαρυνθεί δραματικά η λειτουργία του» όπως ανακριβώς δημοσιεύτηκε.

Ο αξονικός τομογράφος παραλήφθηκε τέλος του 2025 και όχι «πριν από λίγες μέρες» όπως ανακριβώς δημοσιεύτηκε. Επιπρόσθετα, ο χώρος του αξονικού τομογράφου δεν περιλαμβάνεται στο έργο ανακαίνισης του ακτινολογικού τμήματος, οπότε οποιαδήποτε συσχέτιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού με την ποιότητα του έργου ανακαίνισης του ακτινολογικού τμήματος είναι κατ' ελάχιστον ατυχής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

