ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ-ΓΥΑΛΙΝΟΥ) ΜΕ CPV: 33790000-4 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	1	012205079	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΟΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ & GEL	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ GEL ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 5ML ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100mm κενού αέρος, με επιταχυντή-ενεργοποιητή πήξεως και με gel διαχωρισμού κατάλληλης υδροδυναμικής μορφής για ταχύτατο και ασφαλή διαχωρισμό. Αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10-6, συνθετικά, άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία των ασθενών. Με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.Το gel διαχωρισμού αποδεδειγμένα να διατηρεί το σχήμα και τη συνοχή του, τόσο κατά τη μεταφορά -να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα- από τον προμηθευτή προς το νοσοκομείο (ανεξαρτήτως θερμοκρασιών περιβάλλοντος), όσο και σε θερμοκρασίες δωματίου κατά την αποθήκευσή του. Να μην υπάρχουν υπολείμματα αυτού επικαθείμενα εσωτερικά στα τοιχώματα, να μην προκαλείται αιμόλυση και σχηματισμός ινικών στον ορό, μετά τη μεταφορά και παραμονή του φυγοκεντρημένου δείγματος έως 24 ώρες.	241.300,00
	2	012205045	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΟΡΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 mm x 13mm (VASSERMAN)	20,00
ΟΜΑΔΑ 1	3	012205032	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤ.13ml 100χ16mm(ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓ.ΒΑΣΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 13ml διαστ.100Χ16mm	2.000,00
ΟΜΑΔΑ 1	4	012299010	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤ.ΚΑΤΑΛΛ. ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 13ML(100Χ16mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 13ML(100Χ16mm)	1.000,00
ΟΜΑΔΑ 2	5	012205067	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ πλαστ. 8ml (100Χ13) ΔΙΑΦ. ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ 8ml διαστ.100Χ13mm	13.400,00
ΟΜΑΔΑ 2	6	012205074	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤ.ΚΑΤΑΛΛ.ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 8ml (100Χ13)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 8ML(100Χ13mm)	3.000,00
ΟΜΑΔΑ 3	7	012299665	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ml, 75x13mm PS ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 5ml διαστ.75Χ13mm	24.000,00
ΟΜΑΔΑ 3	8	012205080	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ML(75Χ13mm)	10.000,00
	9	012299666	Micro tube 1,5ml.ΜΙΚΡΟΣΩΛ..ΜΕ ΕΝΣΩΜ.ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ,ΚΩΝ.ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Micro tube 1,5ml.ΜΙΚΡΟΣΩΛ..ΜΕ ΕΝΣΩΜ.ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ,ΚΩΝ.ΒΑΣΗ	5.740,00
	10	013510483	Micronic tube P.P 1,5ml που να συνοδεύονται με την αντίστοιχη βάση τοποθέτησης	ΤΕΜΑΧΙΑ	Micronic tube P.P 1,5ml κατάλληλα για ELISA για να μπορούν να τοποθετηθούν σε βάση (4*960)	7.680,00
	11	012299021	PARAFILM	ΡΟΛΛΟ	ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΟ 2IN. Χ 250FT,ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ	24,00
	12	012203028	ΡΥΓΧΗ (TIPSΠΙΠΕΤΩΝ)ΜΕΓΙΣΤ.ΟΓΚΟΣ 10μL	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ (TIPS ΠΙΠΕΤΩΝ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΌΓΚΟΣ 10μL ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΙΠΕΤΩΝ EPPENDORF , GILSON, & FIN PIPETTE	4.000,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	13	012203027	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ ΟΓΚΟΥ 0,5-200ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ (TIPS ΠΙΠΕΤΩΝ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΌΓΚΟΥ 10-200μL ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΙΠΕΤΩΝ EPPENDORF , GILSON, & FIN PIPETTE	86.000,00
	14	012203016	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΠΛΕ 100 - 1000μl	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ (TIPS ΠΙΠΕΤΩΝ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΌΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 1000μL ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΙΠΕΤΩΝ EPPENDORF , GILSON, & FIN PIPETTE	50.000,00
	15	012203029	ΡΥΓΧΗ (TIPS ΠΙΠΕΤΩΝ) ΟΓΚΟΥ 5ml ΓΙΑ ΠΙΠΕΤ.GILSON70.1183.001	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ (TIPS ΠΙΠΕΤΩΝ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΟΓΚΟΥ 5ml ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤ.GILSON70.1183.001	4.200,00
	16	012299029	ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 0,5ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (SAMPLE CUPS) ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 0,5ml 26X14mm για αυτόματους αναλυτές από PS	10.000,00
	17	3Α00000081	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 500 ΦΥΛΛΑ	ΠΑΚΕΤΟ	ΦΥΛΛΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ	94,00
	18	012205069	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ml	3,00
	19	012205070	ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 25ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 25ML	3,00
	20	012299595	ΑΥΤΟΜ. ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 100ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜ. ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 100ml	2,00
	21	012205071	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 200ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 200ML	2,00
	22	012205072	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 500ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 500ML	1,00
	23	012000001	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000ml	3,00
	24	012203023	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖ.ΟΓΚΟΥ 2-20ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μL	3,00
	25	012203024	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖ.ΟΓΚΟΥ 1-100ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-100μL	4,00
	26	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖ.ΟΓΚΟΥ 100-1000ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000μL	3,00
	27	012000000	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000-5000 ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000-5000μL	3,00
	28	012205073	ΑΥΤΟΜΑΤΗ 8ΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ ΟΓΚΟΥ 50-300ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ 8ΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ ΟΓΚΟΥ 50-300ML	1,00
	29	012202001	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣ.3ML Μ.Χ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ (ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ,ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ 3mL,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ.	32.000,00
	30	012299163	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 50ml ΜΕ ΚΩΝ. ΠΥΘΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 50ml	6.200,00
	31	012204005	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22Χ22 m.m	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22χ22 (Να είναι υψηλής καθαρότητας από γυαλί υψηλής διαφάνειας και αντοχής, ώστε να μην δυσχεραίνεται η μικροσκοπική εξέταση των υλικών. Να μην έχουν προσμίξεις σκόνης, να μην είναι εύθρυπτες)	43.000,00
	32	012204007	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ50m.m	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ25χ50 και 24χ50 (Να είναι υψηλής καθαρότητας από γυαλί υψηλής διαφάνειας και αντοχής, ώστε να μην δυσχεραίνεται η μικροσκοπική εξέταση των υλικών. Να μην έχουν προσμίξεις σκόνης, να μην είναι εύθρυπτες)	68.000,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	33	012204004	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΓΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΠΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ 76χ26mm(Να είναι υψηλής καθαρότητας από γυαλί υψηλής διαφάνειας και αντοχής, χωρίς ρινίσματα υάλου ή σκόνης έτσι ώστε να μην δυσχεραίνεται η επίστρωση υλικού, για την ακριβή και σωστή περαιτέρω επεξεργασία του υλικού)	21.000,00
	34	012205044	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PT VACUTAINER ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% 3ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (των 2,7ml) Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικού διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα - - Χωρητικότητας 3,0ml	40.000,00
	35	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΌΓΚΟΥ των 0,5ml, Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm ψεκασμένο στα τοιχώματα για αποφυγή πηγμάτων, για χρήση σε αυτοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα- Χωρητικότητας 0,5ml με αντιπηκτικό EDTA K2-K3	1.700,00
	36	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΌΓΚΟΥ των 1ml Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm ψεκασμένο στα τοιχώματα για αποφυγή πηγμάτων, για χρήση σε αυτοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα- Χωρητικότητας 1ml με αντιπηκτικό EDTA K2-K3	100,00
	37	012205049		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ των 1.8ml) Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικού διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα	50,00
	38	012205043	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER ΓΕΝΙΚ. ΑΙΜΑΤΟΣ 2ml.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΌΓΚΟΥ των 2ml Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm ψεκασμένο στα τοιχώματα για αποφυγή πηγμάτων, για χρήση σε αυτοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα- Χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό EDTA K2-K3	92.500,00
	39	012299623	ΠΙΠΕΤΑ ΣΥΝ.ΔΙΑΜΟΙΡΑΣ.ΑΝΤΙΔΡ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΙΠΕΤΑ ΣΥΝ.ΔΙΑΜΟΙΡΑΣ.ΑΝΤΙΔΡ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ	1,00
	40	012204003	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ	30.000,00
ΟΜΑΔΑ 4	41	012205055	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡ.ΟΥΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ ΤΩΝ 10ml	40.000,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ 4	42	012205075	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΟΥΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΟΥΡΩΝ	20.000,00
	43	012299006	ΚΥΠΕΛΛΑ ΦΙΑΛ.ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤ.ΜΕ ΒΙΔ. ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ150ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	61.100,00
	44	012205005	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ ΣΤΥΛΕΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	5.000,00
	45	012299001	ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI 90CM ΚΑ 82.1473.001	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI 90X17 mm AIRVENIS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ PS	2.000,00
	46	012205029	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ	2.500,00
	47	012205052	MICRO TUDE P.P. 2 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	Microtube P.P 2ml (πολυπροπυλενίου με κωνική βάση χωρίς πώμα)	40.000,00
	48	012299007	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (Να έχουν μήκος 80 mm και πλάτος 8 mm, με στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής και εγκοπή στην πίσω πλευρά για την εύκολη αναγνώριση της λεπίδας. Να διαθέτουν γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, με μεγάλη ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής ώστε να είναι εφικτή η κοπή όλων των ειδών των ιστών (και οστών) Να φέρει CE Mark)	17.500,00
	49	012204001	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ(	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ, (ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ75Χ1,0mm (Να είναι υψηλής καθαρότητας από γυαλί υψηλής διαφάνειας και αντοχής, χωρίς ρινίσματα υάλου ή σκόνης έτσι ώστε να μην δυσχεραίνεται η επίστρωση – επικόλληση των ιστικών τομών για την ακριβή και σωστή περαιτέρω επεξεργασία αυτών με αποτέλεσμα τη σωστή ιστολογική αξιολόγηση των δειγμάτων)	6.000,00
	50	012299587	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΥ 2000ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΓΚΟΥ 2.000ML	6,00
	51	012299588	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΥ 1000ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΓΚΟΥ 1.000ML	4,00
	52	012299589	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΥ 50ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΓΚΟΥ 50ML	1,00
	53	012299465	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 500ML ΓΥΑΛ.ΕΞΑΓΩΝ.ΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΓΚΟΥ 500ML	3,00
	54	012205076	ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ 500ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 500ML	5,00
	55	012203003	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΛΕΥΚΑ 0,2-10μλ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΛΕΥΚΑ 0,2-10μλ	200,00
	56	012203015	ΡΥΓΧΗ 200ML ΛΕΥΚΑ (σε στατώ 96θέσεων)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ 200ML ΛΕΥΚΑ (σε στατώ 96 θέσεων)	10.000,00
	57	012299024	LOOPLAST 10ML ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (10ML) μιας χρήσεως	40.000,00
ΟΜΑΔΑ 5	58	011301005	ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ 105Χ85Χ74ΜΜ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ 105Χ85Χ74ΜΜ	20,00
ΟΜΑΔΑ 5	59	011301006	ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ 105Χ85Χ74ΜΜ	20,00
	60	013510229	ΚΑΣΕΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Κασέτες έγκλεισης ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής αντοχής στη δράση χημικών διαλυτών . Να διαθέτουν αποσπώμενο πώμα που ανοίγει/κλείνει εύκολα με τη χρήση ενός χεριού, από την οπίσθια πλευρά και τρεις επιφάνειες αναγραφής στοιχείων, η μια με κλίση 30ο για άνετη αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Κατάλληλες για αυτόματα μηχανήματα εκτύπωσης κασετών. Να διαθέτουν σήμανση CE και IVD.	9.000,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	61	013510392	ΚΑΣΕΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΡΟΖ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Κασέτες έγκλεισης ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής αντοχής στη δράση χημικών διαλυτών . Να διαθέτουν αποσπώμενο πώμα που ανοίγει/κλείνει εύκολα με τη χρήση ενός χεριού, από την οπίσθια πλευρά και τρεις επιφάνειες αναγραφής στοιχείων, η μια με κλίση 30ο για άνετη αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Κατάλληλες για αυτόματα μηχανήματα εκτύπωσης κασετών. Να διαθέτουν σήμανση CE και IVD.	9.000,00
	62	013510489	ΚΑΣΕΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Κασέτες έγκλεισης ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής αντοχής στη δράση χημικών διαλυτών . Να διαθέτουν αποσπώμενο πώμα που ανοίγει/κλείνει εύκολα με τη χρήση ενός χεριού, από την οπίσθια πλευρά και τρεις επιφάνειες αναγραφής στοιχείων, η μια με κλίση 30ο για άνετη αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Κατάλληλες για αυτόματα μηχανήματα εκτύπωσης κασετών. Να διαθέτουν σήμανση CE και IVD.	9.000,00
	63	011301004	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 500ML ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων .Να έχει πιεστό πώμα . Να κλείνει ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene. Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη. Να αποστειρώνεται στους 120ο C . Να αντέχει στη φορμόλη. Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να φέρει CE/IVD. Χωρητικότητας 500ml.	2.000,00
	64	011301001	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 1LT	ΤΕΜΑΧΙΑ	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων .Να έχει πιεστό πώμα . Να κλείνει ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene. Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη. Να αποστειρώνεται στους 120ο C . Να αντέχει στη φορμόλη. Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να φέρει CE/IVD. Χωρητικότητας 1000ml.	1.500,00
	65	011301008	ΔΟΧΕΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜ.3000ML ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων .Να έχει πιεστό πώμα . Να κλείνει ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene. Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη. Να αποστειρώνεται στους 120ο C . Να αντέχει στη φορμόλη. Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να φέρει CE/IVD. Χωρητικότητας 3000ml.	500,00
	66	011301009	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓ.ΠΑΡΑΣΚ.5000ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων .Να έχει πιεστό πώμα . Να κλείνει ερμητικά. Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene. Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη. Να αποστειρώνεται στους 120ο C . Να αντέχει στη φορμόλη. Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Να φέρει CE/IVD. Χωρητικότητας 5000ml.	500,00
	67	012299012	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Φ12 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Φ12 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	2.000,00
	68	012299031	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Το είδος με κωδικό 012299031 (Σκαρφιστήρες ασφαλείας αυτόματοι για λήψη τριχοειδικού αίματος) πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές: Η βελόνα να είναι 21G και με βάθος τρυπήματος 2.2.Πρέπει να είναι σκαρφιστήρες με αυτόματη κάλυψη της ακίδας μετά το τρύπημα για την ασφάλεια του προσωπικού και χωρίς τη χρήση συσκευής εκτόξευσης.	3.000,00
	69	012299040	ΡΥΓΧΗ-TIPS ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΡΥΓΧΗ-TIPS ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD 200μL	12.000,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	70	060000001	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Το είδος με κωδικό 060000001 (Συσκευές μετάγγισης αίματος) πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές: • Η συσκευή να είναι αποστειρωμένη και απαλλαγμένη πυρετογόνων. Να διαθέτει ενιαίο διπλό θάλαμο από πλαστική ύλη μη τοξική. • Το πάνω τμήμα του θαλάμου να διαθέτει ανεστραμμένο φίλτρο διήθησης, μεγάλης επιφάνειας 11cm3 ώστε να μη φράσσει εύκολα από πήγματα. 1. Το κάτω τμήμα του θαλάμου να είναι για τη σταγονομέτρηση του διηθημένου αίματος. 2. Ο κώνος της συσκευής να είναι μήκους 3 εκ. Να μην είναι πολύ αιχμηρός ,ώστε να μην τραυματίζει τον ασκό αίματος. Να μην διαθέτει αεραγωγό. • Ο σωλήνας της συσκευής να είναι τουλάχιστον 200 εκ. Latex Free , εύκαμπτος. • Να διαθέτει κλείστρο ροής για σταγονομέτρηση ακριβείας, με σταθερή ροή καθ' όλο το χρόνο της μετάγγισης και μεγάλο roller για να μη φεύγει πάνω από το κλείστρο. • Η συσκευή να είναι ατομικά συσκευασμένη σε Peal Pack (μια πλευρά χαρτί και η άλλη πλαστικό. • Η συσκευασία να διαθέτει οδηγίες χρήσεως σε σχηματική παράσταση. • Η συσκευή να είναι επιμελώς συσκευασμένη ώστε να μη δημιουργεί τσακίσεις στο σωλήνα. • Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο με ISO 9001.	5.000,00
	71	010403006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡ.ΑΙΜΑΤΟΣ 5Χ12 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Διαφανείς πλάκες για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος με slide test μιας χρήσης 5x12 θέσεων	1.200,00
	72	012299674	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡ.-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣ.(ΣΩΛΗΝ.Τ-S-0)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡ.-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣ.(ΣΩΛΗΝ.Τ-S-0)	8.000,00
	73	013509696	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	4.000,00
	74	012299627	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤ.4ml ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤ.EDTA K2	ΤΕΜΑΧΙΑ	Το είδος με κωδικό 012299627 (Σωληνάρια γενικής αίματος χωρητικότητας 4 ml με αντιπηκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές (όπως έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με το ΑΔΑ: Ω1ΔΜΟΡΕ3-ΖΥΣ από το Ε.Κ.Ε.Α.): • Να είναι κενού αέρα (vacutainer), αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα. • Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. • Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates. • Διαστάσεις: 13x75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.	15.000,00
	75	012205054	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 9 η 10ml ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA	ΤΕΜΑΧΙΑ	Το είδος με κωδικό 012205054 (Σωληνάρια γενικής αίματος χωρητικότητας 9-10 ml με αντιπηκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές (όπως έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με το ΑΔΑ: Ω1ΔΜΟΡΕ3-ΖΥΣ από το Ε.Κ.Ε.Α.): • Να είναι κενού αέρα (vacutainer), αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα. • Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. • Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates • Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.	9.000,00
	76	012205039	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Vacutest k2EDTA 6mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Vacutest k2EDTA 6mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ	1.800,00
	77	3Α00000231	ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML	400,00

	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	78	012205064	ΣΩΛΗΝ. ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤ.ΑΙΜΟΛ.ΜΕ ΓΕΛΗ ΤΩΝ 8-10ML ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Το είδος με κωδικό 012205064 (Σωληνάρια για κλειστό σύστημα αιμοληψιών με γέλη 8-10 ml) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές (όπως έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με το ΑΔΑ: Ω1ΔΜΟΡΕ3-ΖΥΣ από το Ε.Κ.Ε.Α.): • Να είναι κενού αέρα (vacutainer), αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού. • Το gel διαχωρισμού να είναι τοποθετημένο στον πυθμένα του σωληνάριου υπό κλίση, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη αναλυτική σταθερότητα και ταχύτερος διαχωρισμός. • Το gel διαχωρισμού αποδεδειγμένα να διατηρεί το σχήμα του και τη συνοχή του καθώς και να μην υπάρχει αιμόλυση και σχηματισμός ινικών στον ορό, μετά τη μεταφορά και παραμονή του φυγοκεντρημένου δείγματος έως 24 ώρες. Στο σωληνάριο θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. • Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm • Χωρητικότητα: 8,0 με 10,0 ml .	4.500,00
	79	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ			ΠΟΥΑΡ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ,ΓΙΑ ΓΙΑΛΙΝΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ	3,00

Σημειώσεις:

- Τα είδη με α/α 3 (κωδ. 012205032) και 4 (κωδ. 012299010) αποτελούν ομάδα (ΟΜΑΔΑ 1). Θα δοθεί οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε α/α. Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ΔΥΟ (2) ειδών

- Τα είδη με α/α 5 (κωδ. 012205067) και 6 (κωδ. 012205074) αποτελούν ομάδα (ΟΜΑΔΑ 2). Θα δοθεί οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε α/α. Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ΔΥΟ (2) ειδών.

- Τα είδη με α/α 7 (κωδ. 012299665) και 8 (κωδ. 012205080) αποτελούν ΣΕΤ (ΟΜΑΔΑ 3). Θα δοθεί οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε α/α. Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη στο σύνολο των ΔΥΟ (2) ειδών

- Τα είδη με α/α 41 (κωδ. 012205055) και 42 (κωδ. 012205075) αποτελούν ΣΕΤ (ΟΜΑΔΑ 4). Θα δοθεί οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε α/α. Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη στο σύνολο των ΔΥΟ (2) ειδών.

- Τα είδη με α/α 58 (κωδ. 011301005) και 59 (κωδ. 011301006) αποτελούν ΣΕΤ (ΟΜΑΔΑ 5). Θα δοθεί οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε α/α. Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη στο σύνολο των ΔΥΟ (2) ειδών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
2. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο 9001 ή 13485 ή ισοδύναμο σε ισχύ
   Ο κατασκευαστής του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485.

Ο ανάδοχος / εταιρεία – αντιπρόσωπος του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Ο ανάδοχος / εταιρεία – αντιπρόσωπος του προϊόντος να διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004.

3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους του αντίστοιχου τμήματος του Νοσοκομείου που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή /αναδόχου.
4. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.
5. Θα γίνουν δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών και στο σύνολο των αιτούμενων ποσοτήτων ανά ομάδα.
6. Η συνολική τιμή όλων των ειδών και για όλη την αιτούμενη ποσότητα ανά ομάδα θα λαμβάνεται υπόψη για σύγκριση των προσφορών.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα ανά προσφερόμενο είδος εις διπλούν προς αξιολόγηση.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Δήμου Αγνή, ΠΕ Χημικών, ως πρόεδρο
2. Χρυσοστόμου Ευαγγελία, Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ως γραμματέα
3. Παπανικολάου Θεοδώρα, Δ/ντρια Αιματολογικού τμήματος, ως μέλος
4. Παπούλια Θωμαή, Δ/ντρια τμ. Αιμοδοσίας, ως μέλος
5. Ντέμου Ασήμω, Δ/ντρια Παθολογοανατομικού τμήματος, ως μέλος
6. Μαχαιρά Μελπομένη, Δ/ντρια Ιατρών ΕΣΥ Κυτταρολογίας, ως μέλος
7. Νόβα Χριστίνα, ΠΕ Βιολόγων, ως μέλος

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

VASILIKI VASILEIOU
05/11/2026 13:57
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ